


1. 請以系統管理員身分執行



2. 預設安裝路徑為 C:\ICPDAS\TCD-10x_Setup



3. 安裝結束後會跳出安裝連接埠的畫面，選擇“安裝”



4. 結束安裝程序請至裝置管理員檢查是否有如下圖顯示的 ICPDAS TCD-108 USB Data Logger (COM port 標示)

