

低功耗藍牙 Mitutoyo 儀表資料蒐集器

常見問題集

Version 1.0

(適用 GAM-100)

目錄

問 01：我用 APP 無法搜尋到 GAM-100，請問我該怎麼做?	2
問 02：請問 GAM-100 支援其他量表嗎?.....	2

問 01：我用 APP 無法搜尋到 GAM-100，請問我該怎麼做？

答 01：當 APP 無法尋找 GAM-100 時，以下有幾個測試 SOP 可以用來檢查：

1. 你可以檢查充電電池的剩餘電量。請先將 GAM-100 的電源關閉在開啟。當 GAM-100 的電源開啟時，LED 會維持恆亮。如果 LED 在電源重啟後沒有亮起，這代表電池已經沒有電了。
2. APP 會掃描藍牙設備 10 秒鐘。如果 APP 沒有掃描到設備，可以按下右上方的“搜尋”按鈕來重新搜尋設備。



3. 當以上方法都沒有作用時，請先將你手機的藍牙先關閉，過 3 秒後在重新開啟。接著，請在你的裝置上的 APP 重新開啟。

問 02：請問 GAM-100 支援其他量表嗎？

答 02：GAM-100 僅支援 Mitutoyo 量表。部分的 Mitutoyo 量表擁有 SPC 介面。GAM-100 相容 Mitutoyo 的 SPC 介面。